



181012050446

检 测 报 告

编号: 22059S001

检测类别

来样送检

项目名称:

盐城常林环保科技有限公司来样送检

委托单位:

盐城常林环保科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2022年1月27日



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告 15 日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检 测 报 告

受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区(头灶镇)纬二路6号
联系人	叶小康	电话	19536633378
样品类别	废水		
送样日期	2022年1月20日	分析日期	2022年1月20日至2022年1月26日
检测目的	来样送检		
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	送样人	叶小康
检测内容	来样送检, 详见附表1。		
检测依据	分析方法详见附表2。		
检测结果	废水检测结果见表1。		
编制: 王 强 复核: 孙 明 明 审核、签发: 王 强 职务: 总经理 检验检测专用章 检验检测报告专用章 3209810956848 签发日期: 2022.1.27			

表 1 废水检测结果

送样日期	样品名称	检测项目	检测值
2022 年 1 月 20 日	废水总排口	pH 值 (无量纲)	6.5 (20.0℃)
		总氮 (mg/L)	30.6
		总磷 (mg/L)	0.348
		总镉 (mg/L)	ND
		总铬 (mg/L)	ND
		总铅 (mg/L)	ND
		总镍 (mg/L)	ND
		总汞 (mg/L)	ND
		悬浮物 (mg/L)	36
		氟化物 (mg/L)	0.09

注: “ND” 表示未检出, 检出限详见附表 2。

附表 1: 监测点位、项目和频次

序号	类别	监测点位	监测项目	监测频次
1	废水	客户来样送检	pH 值、总氮、总磷、总镉、总铬、总铅、总镍、总汞、悬浮物、氟化物	/

附表 2: 监测依据一览表

序号	类别	项目名称	分析方法	检出限
1	废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
		总镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L
		总铬	水质 铬的测定 火焰原子分光光度法 HJ 757-2015	0.03mg/L
		总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.2mg/L
		总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05mg/L
		总汞	水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 HJ/T 694-2014	0.04μg/L
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
		氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L

附表 3: 仪器设备一览表


使用仪器	仪器编号	检定/校准情况	检定/校准时间
氟离子计 PXS-270	YQ-S007	合格	2021.04.30
原子吸收光谱仪 AA-7003	YQ-S016	合格	2021.04.30
紫外/可见分光光度计 UV752N	YQ-S023	合格	2021.04.30
电子天平 BSA224S-CW	YQ-S047	合格	2021.04.30
紫外/可见分光光度计 UV752N	YQ-S050	合格	2021.04.30
原子荧光光度计 AFS-8510	YQ-S062	合格	2021.04.30
PH 计 PHS-3C	YQ-S079	合格	2021.04.30

附表 4: 人员上岗证一览表

姓名	上岗证号	状态	发证时间
韩 丹	2018071813	在职	2020.06.08
刘云芳	2019012219	在职	2020.06.08
钱凯瑞	2021072446	在职	2021.07.24

附表 5: 质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品 总数	全 程 序 空 白	合 格 率	现 场 平 行	合 格 率	实 验 室 平 行	合 格 率	实 验 室 加 标	合 格 率
废水	1	pH 值	1	/	/	/	/	1	100%	/	/
	2	总氮	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	3	总磷	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	4	总镉	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	5	总铬	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	6	总铅	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	7	总镍	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	8	总汞	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%
	9	悬浮物	1	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	氟化物	1	/	/	/	/	1	100%	1	100%



-----报告结束-----