



检测 报 告

编号: 231473P209B10

检测类别: 委托检测

项目名称: 盐城常林环保科技有限公司10月委托检测

委托单位: 盐城常林环保科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司



2023年11月

说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告15日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码: 224200

电话: 0515-85108686

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检测报告

委托单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	王杰	联系电话	13915496311
受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	王杰	联系电话	13915496311
采样日期	2023/10/30	分析日期	2023/10/30~2023/10/31
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	林雨晨、朱柏梁
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1、分析方法见附表2; 2、该报告中检测点位、方法由委托单位指定或确认。		
检测结果	废水检测结果详见表1。		
编制: 孙娟娟 复核: 孙明晴 审核、签发: 王斌斌 职务: 副总经理 检验检测专用章 签发日期: 2023.11.30			

表1 废水检测数据表

检测日期	点位名称	点位编号	分析项目	第1次	第2次	第3次	均值或范围	单位
2023/10/30	污水处理设施总排口	S1	pH值	7.9	8.1	7.9	7.9~8.1	无量纲
			化学需氧量	162	153	153	156	mg/L
			氨氮	6.82	6.92	7.29	7.01	mg/L

附表1：检测点位、项目和频次

点位类别	点位名称	点位编号	天次	每天次数	检测项目
废水S	污水处理设施总排口	S1	1	3	pH值、化学需氧量、氨氮

附表2：检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	检出限/最低检出浓度	结果单位
废水S	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	无量纲
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L

附表3：仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-B039	自动回零滴定管	50.00ml	2023/9/22	2024/9/21
2	YQ-S149	紫外/可见分光光度计	UV752N	2023/4/25	2024/4/24
3	YQ-X119	便携式PH计	PHBJ-260	2023/4/26	2024/4/25

附表4：人员上岗证一览表

序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	林雨晨	2022041552	2022/4/15	有效
2	朱柏梁	/	试用期	/
3	王 沁	2023100770	2023/10/7	有效
4	陈健龙	2023091371	2023/10/7	有效

附表5：质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品个数	全程序空白	合格率	现场平行	合格率	实验室平行	合格率	实验室加标	合格率
废水S	1	pH值	4	/	/	1	100%	/	/	/	/
	2	氨氮	5	1	100%	1	100%	3	100%	1	100%
	3	化学需氧量	5	1	100%	1	100%	1	100%	/	/

附图1:检测点位图

图片名称	图片
废水S 检测点位示意图	检测点位示意图:  注: ★ 为废水检测点位。

-----报告结束-----

