



检 测 报 告

编号: 231572P20911

检测类别: 委托检测

项目名称: 盐城常林环保科技有限公司11月委托检测

委托单位: 盐城常林环保科技有限公司



江苏鑫翰环境监测科技有限公司



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告15日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码: 224200

电话: 0515-85108686

江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检测报告

委托单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	孙志俊	联系电话	13816014888
受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	孙志俊	联系电话	13816014888
采样日期	2023/11/21	分析日期	2023/11/21~2023/11/23
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	王磊,陈杰
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1、分析方法见附表2; 2、该报告中检测点位、方法由委托单位指定或确认。		
检测结果	废水检测结果详见表1。		
编制: 吴娟娟 复核: 孙明晴 审核、签发: 王磊 职务: 副总经理 检测检验专用章 签发日期: 2023.11.29			

表1 废水检测数据表

检测日期	点位名称	点位编号	分析项目	检测值	单位
2023/11/21	三效蒸发器排放口 (DW003)	S3	感官描述	无味,无油膜,透 明,无色	/
			镍	ND	mg/L

注: “ND”表示为未检出, 检出限详见附表2。

附表 1：检测点位、项目和频次

点位类别	点位名称	点位编号	天次	每天次数	检测项目
废水S	三效蒸发器排放口 (DW003)	S3	1	1	镍

附表 2：检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	检出限/最低检出浓度	结果单位
废水S	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05	mg/L

附表 3：仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-S016	原子吸收分光光度计	AA-7003	2023/4/24	2024/4/23

附表 4：人员上岗证一览表

序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	王磊	2021030140	2021/6/1	有效
2	陈杰	2022041553	2022/4/15	有效
3	李宇	2022090762	2022/9/7	有效

附表 5：质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品个数	全程序空白	合格率	现场平行	合格率	实验室平行	合格率	实验室加标	合格率
废水S	1	镍	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

附图1:检测点位图

图片名称	图片
废水S检测点位示意图	 注：★为废水检测点位。

-----报告结束-----